

PN-LAPOC-8003 - Preparação de amostras de solo e sedimento para ensaio de determinação de Ra-226, Ra-228 e Pb-210 por Espectrometria Gama de alta resolução (FT-LAPOC-8003-01)

CONTROLE DE MASSA DE AMOSTRAS	Solo: ☐ Sedimento ☐	SETOR: Radônio	 LAPOC Laboratório de Poços de Caldas
-------------------------------	--	----------------	---

IDENTIF.	MASSAS INICIAIS (g)		SECAGEM				PENEIRAM.	FASE ANÁLISE (Massa em g)					
Código Amostra	Lata (C)	Lata + Amostra (T)	M. úmida (g) (W = T - C)	M. seca (g) *			Massa peneirada passante (g)	Lata Rad 3 (E)	Rad 3 + Amostra (F)	Amostra G = (F - E)	Data	Responsável	
				24h	30h	34h							
Assinalar equipamentos utilizados:			SECAGEM				ARMAZENAMENTO				*Avaliar massa constante considerando uma variação entre 24 e 30h de no máximo 2% (g)		
			Estufa 01 ☐ Estufa 02 ☐				Recravadeira 01						
			Balança RM6207 ☐ Outra _____				Balança RM6207 ☐ Outra _____						

Responsável pela emissão: Nivaldo Carlos da Silva

Nº Revisão: 01

Data de Emissão: 17 abril 2014
